SÉCURITÉ ET MAINTENANCE


Vérifier les éléments suivant lors de la livraison de ce rollator:
- Nettoyer le rollator avec une lingette désinfectante classique dilué à 1% de chlore.
- Vérifier que les vis et leviers d'ajustements soient correctement positionnés.
- Si le rollator ne roule pas correctement, Veuillez contacter votre revendeur au plus vite. Ne pas utiliser un rollator défectueux car risque de chute, Ne pas le réparer seul.

Note ! Utilisation recommandée uniquement en tant que cadre de marche/rollator.
Poids patient max : P550/2 – ACTIO 2 130 kg.


INVACARE prend en charge le produit sous garantie 24 mois sous réserve d'une utilisation conforme à celle indiquée dans le présent manuel.

Toutes les informations importantes sont inscrites sur l'étiquette de votre rollator ***P550/2 – ACTIO 2***.

1 : Code
2 : Nom de produit
3 : Numéro de lot
4 : Date de production
5 : Poids patient maximum
6 : Note : voir manuel d'utilisation
7 : utilisation en intérieur
8 : largeur HT de votre produit
9 : Nom du fabricant



A	53 cm
B	74-100 cm
C	41 cm
D	38 cm
E	55 cm
F	63 cm




Diamètre des roues avant: 11 cm
Poids du produit sans accessoires: 5 kg

Manufacturer:
INVACARE REA AB, Box 200, SE-343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

Sales company:
Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66, Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com

1514380-I 090629

P550/2 – ACTIO 2



MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant usage.

CONSEILS D'UTILISATION

Le rollator 2 roues Actio 2 a été conçu pour une utilisation en intérieur.

SECURITE

- Le rollator est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Il est interdit de monter sur le siège du rollator.
- Le rollator doit être complètement déplié et verrouillé lors de son utilisation.
- Attention à l'utilisation sur des sols glissant.
- Ne pas utiliser dans les escaliers ou dans des escalators.
- Attention lors de l'utilisation d'un panier avec charge car cela modifie les habitudes de marche à vide.
- Ne pas charger le panier avec un poids supérieur à 5 kg.
- Verrouiller les leviers d'ajustement de hauteur des poignées vers l'intérieur pour une meilleure stabilité.

LEVIER D'AJUSTEMENT DE HAUTEUR DES POIGNEES

Note ! Les leviers doivent être positionnés vers le sol lors de l'utilisation du rollator. Aucune gêne ne pourra perturber le passage d'obstacle et les déverrouiller malencontreusement.


Réglage de la hauteur des poignées :


- Déverrouiller les leviers et régler à la hauteur désirée. Ne jamais régler les poignées au dessus de la marque de sécurité (partie hachurée du tube).
- Serrer les leviers d'ajustement et les rabattre le long du tube pour éviter la gêne lors de l'utilisation.
- Vérifier que les poignées soient réglées à la même hauteur.


MONTAGE


Avant le montage, enlever les bouchons plastiques positionnés aux extrémités des tubes latéraux.

1. Déplier le rollator et bloquer le mécanisme d'ouverture.
2. Installer les leviers d'ajustements de hauteur des poignées avec les vis et rondelles prévues à cet effet.
3. Emmancher les tubes des poignées dans les montants et serrer les leviers d'ajustement en les positionnant vers le bas.









UTILISATION DU ROLLATOR

Déplier le rollator et verrouiller le en position d'utilisation en poussant sur les poignées (Voir illustration).

NOTE ! Toujours s'assurer que le rollator est verrouillée lors de son utilisation pour éviter toute chute.

PLIAGE

Replier le rollator sur lui (Voir illustration).

Note ! Attention aux risques de pincement de doigts entre les 2 tubes du cadre du rollator.

